

## Elektronisk svaroverføring: Bruk av feil NLK-kode for fritt T3

Avdeling for medisinsk biokjemi og blodbank i Helse Møre og Romsdal har oppdaget at våre laboratorier har benyttet feil NLK-kode (Norsk Laboratoriekodeverk) for analysen **fritt T3 i serum** siden oktober 2019. Koden som har vært brukt i alle elektronisk overførte svarmeldinger til primærhelsetjenesten angir analysenavn total T3 med enhet nmol/L og ikke fritt T3 med enhet pmol/L. Vi beklager dette.

I **svarmeldingene** som er sendt elektronisk fra laboratoriet er det riktig enhet for fritt T3 (pmol/L) og riktig referanseintervall.

Feilen er rettet i våre systemer mandag 20.02.2023 kl 05:00. Resultater verifisert etter dette tidspunktet sendes med korrekt NLK-kode (NPU03625). Rettingen påvirker ikke tidligere sendte svarmeldinger.

Konsekvenser:

Siden oktober 2019 har legekontor mottatt analysenavnet «P-T3» i stedet for «P-T3, fritt» i den **elektroniske** svarmeldingen. Dersom legekontorets journalsystem viser måleenheten fra NLK-koden, og ikke enheten som er sendt i svarmeldingen, så har denne vært vist som nmol/L og ikke som pmol/L.

**Vi vil presisere at resultatet for fritt T3 med tilhørende referanseintervall og merking av unormale svar med «høy» eller «lav», har vært korrekt hele tiden.**

For rekvisisjoner med bestilling av fritt T3 hvor det er sendt foreløpig og endelig svarrapport før og etter rettingen, kan man oppleve å få svar på den samme analysen med både gammel og ny NLK-kode. Dette vil da kunne fremstå som to ulike analyser, men med samme resultat.

Ved spørsmål ta kontakt med laboratoriet.

Med hilsen

Lutz Schwettmann  
Laboratoriefaglig rådgiver

Brit Valaas Viddal  
Avdelingssjef