


## Informasjon 5/2020

26.03.2020

### VIKTIG VED PRØVETAKING AV PASIENTER SOM ER MISTENKTE ELLER POSITIVE PÅ COVID 19

Dersom det skal tas blodprøver eller andre prøver av pasienter som en mistenker eller er positive på Covid 19 er det svært viktig at prøverørene desinfiseres med minimum 75 % overflatedesinfeksjonsmiddel før røret merkes med navn og fødselsnummer. Husk at korka også skal desinfiseres.

Røret kan så sentrifugeres/behandles på vanlig måte, legges i hylse og sendes til laboratoriet.



Med hilsen

Brit Valaas Viddal  
Avdelingssjef  
Avdeling for medisinsk biokjemi  
Helse Møre og Romsdal HF