

Endring av enhet for retikulocytter

Som et ledd i harmoniseringsprosessen av laboratorieanalyser i regionen kommer Avdeling for medisinsk biokjemi Ålesund og Volda til å endre enhet for retikulocytter **f.o.m. 6. februar 2021**. Analyseresultatene utført på forskjellige laboratorier i Helse Midt-Norge vil da kunne sammenlignes direkte. Endring av enhet vil medføre endring av tallverdier. Rekvirenter som tolker prøvesvar må være klar over endringen.

Enhet for retikulocytter endres fra $\times 10^9/L$ til **$\times 10^{12}/L$** . Tallverdiene blir dermed redusert med en faktor på 1000, dvs. en retikulocytt konsentrasjon på $90 \times 10^9/L$ tilsvarer $0,09 \times 10^{12}/L$. Referanseintervall for retikulocytter hos voksne med ny enhet er $0,03 - 0,11 \times 10^{12}/L$.

Ved spørsmål ta kontakt med laboratoriet.

Med hilsen

Lutz Schwettmann
Laboratoriefaglig rådgivar

Brit Valaas Viddal
Avdelingssjef